

HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED

CARPETA DE ELECTROMEDICINA

INDICE

1. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
2. INFORMES DE ELECTROMEDICINA
3. CERTIFICADOS DE GARANTIA
4. CAPACITACIONES
5. FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS MEDICOS REALIZADOS
6. INFORMES DE MANTENIMIENTOS
7. FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS MEDICOS POR SERVICIO
8. COTIZACIONES- PROFORMAS
9. VALORACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO POR SERVICIO
10. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS GESTION 2023
11. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS GESTION 2024
12. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS GESTION 2025



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ



INFORME
GAMLP/SMDH/DSD/HMLM/DIR/SAF/MANTTO N°:50/2025

A: Dra. Veronica L. Rodriguez Zeballos
DIRECTORA HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED

Lic. Wilfredo Ayala Cardona
JEFE DE SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ing. Jhonatan Sanguino Ribera
RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES

DE: Wilder Ivan Apata Rojas
APOYO TECNICO DE MANTENIMIENTO

REF.: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO, VALORACION DE EQUIPOS MEDICOS GESTION 2025**

FECHA: 29 de diciembre del 2025

I. ANTECEDENTES

Mediante este medio hago conocer los trabajos realizados de los diferentes tipos de mantenimiento a los equipos médicos que se realizaron en el nosocomio.

II. DESARROLLO

Los trabajos que se realiza en el área de electromedicina son:

- Mantenimiento preventivo de equipos médicos
- Mantenimiento correctivo de equipos médicos
- Diagnosticos y fursionabilidad de los equipos
- Supervisión de terceras empresas en el servicio de mantenimientos preventivos y correctivos
- Elaboración de especificaciones técnicas
- Adquisición y recepción de accesorios y repuestos
- Recepción y verificación de equipos médicos
- Entrega de equipos médicos
- Carga de placas radiográficas
- Supervisión y carga de paquetes al oxido de etileno
- Recarga de sal granulada al tratamiento de agua

Calle Mercado N° 1298
Teléfonos: (591-2) 2650000 - 2202000
Fax: (591-2) 2204377
Cajón Postal: 10654
correspondencia@lapaz.bo
www.lapaz.bo





GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

Bomba de infusion	preventivo	UTI
Bomba de infusion	preventivo	UTI
Bomba de infusion	preventivo	UTI
Aspirador quirurgico	Correctivo	Quirófano
Aspirador quirurgico	Correctivo	Quirófano
Oxido de etileno	Inicio de proceso	
Lampara cialitica	Correctivo	Quirófano
Tensiómetro analogico	Correctivo	Consulta externa
Tensiómetro analogico	Correctivo	Internación
Refrigerador	Correctivo	Laboratorio
Sistema de agua destilada ultra pura	Correctivo	Laboratorio
Refrigerador	Correctivo	Intbacteriologia
Aspirador quirurgico	Correctivo	Internación
Monitor de signos vitales	Correctivo	Neonatologia
Rayos x dental	Empotrado	

VALORACION DEL ESTADADO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO

CONSULTA EXTERNA		
EQUIPO MEDICO		
SILLON ODONTOLOGICO		
ESTADO DEL EQUIPO		
BUENO		REGULAR
X		

Mercado N° 1298
 Telefonos: (591-2) 2650000 - 2202000
 (591-2) 2204377
 Postal: 10654

EQUIPO MEDICO OXIDO DE ETILENO ESTADO DEL EQUIPO		
BUENO		REGULAR
X		

MALO		
TIEMPO VIDA UTIL DE FABRICA DE 6 A 10 AÑOS		

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizaron los trabajos mencionados satisfactoriamente, siguiendo el cronograma como también dando solución a las fallas presentadas con mantenimiento correctivo en los equipos médicos.

Equipos medicos de prioridad que ya cumplieron con su tiempo de vida útil de 8 años bajo el reglamento del gamlp que requieren su cambio

Nº	EQUIPO MEDICO	AÑOS DE SERVICIO
1	MONITOR MULTIPARAMETRICO	11 AÑOS
2	DEFIBRILADOR	13 AÑOS
3	COLPOSCOPIO	11 AÑOS
4	RAYOS X ESTACIONARIO	11 AÑOS
5	EQUIPOS DE LABORATORIO EN SU MAYORIA DE LO QUE CONTAMOS EN EL SERVICIO	11 AÑOS



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

6	EQUIPO DE HEMODIALISIS	8 AÑOS
7	VENTILADOR MECANICO	13 AÑOS
8	BONBA DE INFUSION	10 AÑOS
9	LAMPARA SIALITICA DE TRANSPORTE	13 AÑOS
10	MESA DE PARTOS	13 AÑOS
11	MESA QUIRURGICA	13 AÑOS
12	LAMPARA CIALITICA DE TECHO	13 AÑOS
13	EQUIPO DE ANESTESIA	9 AÑOS
14	ELECTROBISTURI	13 AÑOS
15	ARCO EN C	13 AÑOS
16	AUTOCLAVE	8 AÑOS
17	CUNA RADIANTE	13 AÑOS

Se recomienda prever insumos, accesorios y repuestos para realizar los mantenimientos correspondientes a los equipos médicos, como también ver de adquirir equipos médicos nuevos.

Es cuanto puedo informar para los fines consiguientes.

Walter Iván Abata Rojas
+M+ KEOTO TECNICO
DE MANTENIMIENTO
HOSPITAL MARIA DEL CARMEN
LA PAZ G.A.M.L.P. - S.M.S.D.

Calle Mercado N° 1298
Teléfonos: (591-2) 2650000 - 2202000
Fax: (591-2) 2204377
Cajón Postal: 10654
correspondencia@lapaz.bo
www.lapaz.bo